Directions for Use

Before opening the sterile package, ensure that the pack is not damaged.

1. Carefully remove DisGard from the outer package. The product is supplied folded in the closed position.
2. If desired, DisGard can be secured to a temporary surface, such as the patient drape, by removing the peel off patch on the base to reveal an adhesive pad applying firm downward pressure to affix DisGard to the surface.
3. With the DisGard sited, carefully remove the paper strip covering the yellow foam pad. DisGard is now ready to receive sharps.
4. Place used sharps onto the yellow area of DisGard using the appropriate instrument; blades, sutures, and needles should be laid flat the point is in contact with the adhesive yellow pad.
5. Do not attempt to place sharps onto the pad by hand as this may result in accidental sharps injury.
6. When the procedure is complete, or the yellow padded area of the DisGard is full, carefully fold the lid over base at the hinge and apply firm pressure around the flange to seal the product. Do not apply pressure to the lid over the yellow pad area.
7. Once sealed, the discarded sharps remain visible for counting.
8. Dispose of the DisGard in an appropriate sharps container.

Instrucciones de Uso

Antes de abrir el envase esteril, asegúrese que el envase no está dañado.

1. Extraer cuidadosamente del envase externo. El producto se suministra preparado para su uso.
2. Si se desea, Disgard puede fijarse temporalmente en superficie, o sobre el paño del paciente. Para ello retire el protector adhesivo de la base y posicione Disgard sobre la superficie, presionando firm emente sobre la base.
3. Una vez fijado, tirar cuidadosamente de la lámina protectora de la esponja adhesiva de color amarillo. Disgard ya está preparado para ser utilizado.
4. Depositar los diferentes elementos a eliminar sobre la superficie adhesiva. Los elementos tales como agujas, hojas de bisturi, suturas deben ser depositados de forma plana. Asegúrese de que no sobresalga ningún elemento de la almohadilla adhesiva.
5. Disgard dispone de una esponja no adhesiva para depositar temporalmente los elementos que puedan ser utilizados durante la intervención.
6. En ningún caso, debe depositar los elementos directamente con los dedos en la almohadilla. Ya que existe aldo riesgo de sufrir accidentes con elementos punzantes depositados.
7. Una vez finalizado el procedimiento o si la espuma amarilla está cubierta de elementos debe proceder a cerra cuidadosamente la tapa del estuche sobre la base y presionar firmemente alrededor de los bordes sellando totalmente el estuche. No aplicar presión en la superficie en contacto con la espuma adhesiva.
8. Una vez sellado. Usted podrá contar los diferentes elementos depositados.
9. Por ultimo, deposite el estuche sellado dentro de un contenedor de residuos apropiado.