

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Távolítsa el a tűvédő hüvelyt! Ügyeljen arra, hogy a dugattyúszárat ne nyomja túl a fecskendő skálabeosztásának első fokán.
2. Hagyományos módon szívja fel a gyógyszert. Ügyeljen arra, hogy a dugattyúszárat ne nyomja túl a fecskendő skálabeosztásának első fokán.
3. Ha szükséges, juttasson levegőt az ampullába, de ügyeljen arra, hogy a dugattyúszárat ne nyomja túl a fecskendő skálabeosztásának első fokán. (1. ábra)
4. A dugattyúszár teljes benyomásával fecskendezze be a gyógyszert. (2. ábra)
5. Húzza vissza a dugattyúszárat, hogy a tűt biztonságosan a fecskendőhenger belsejébe juttassa. (3. ábra)
6. Törje le a dugattyúszárat a törési pontnál, helyezze a belsejében lévő tűvel a veszélyes-hulladék tárolóba. A tűvédő hüvely, illetve a dugattyúszár letört része újrahasznosítható. (4. ábra)



1. ábra



2. ábra



3. ábra



4. ábra

FIGYELEM

A SECUREGARD fecskendők csak egyszer-használatos eszközök. Amennyiben a tűt teljesen visszahúzza, ne tolja vissza a dugattyúszárat hanem törje el. Ha nem működik a biztonsági rendszer haladéktalanul dobja az erre a célra szolgáló veszélyes hulladék tárolóba. Ez az eszköz nem használható vérvételre.

Safegard Medical (Hungary) Kft.
Farkaslyuk, Jószerencsét tér 15.
3608 Hungary
www.safegardmedical.hu

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Távolítsa el a tűvédő hüvelyt! Ügyeljen arra, hogy a dugattyúszárat ne nyomja túl a fecskendő skálabeosztásának első fokán.
2. Hagyományos módon szívja fel a gyógyszert. Ügyeljen arra, hogy a dugattyúszárat ne nyomja túl a fecskendő skálabeosztásának első fokán.
3. Ha szükséges, juttasson levegőt az ampullába, de ügyeljen arra, hogy a dugattyúszárat ne nyomja túl a fecskendő skálabeosztásának első fokán. (1. ábra)
4. A dugattyúszár teljes benyomásával fecskendezze be a gyógyszert. (2. ábra)
5. Húzza vissza a dugattyúszárat, hogy a tűt biztonságosan a fecskendőhenger belsejébe juttassa. (3. ábra)
6. Törje le a dugattyúszárat a törési pontnál, helyezze a belsejében lévő tűvel a veszélyes-hulladék tárolóba. A tűvédő hüvely, illetve a dugattyúszár letört része újrahasznosítható. (4. ábra)



1. ábra



2. ábra



3. ábra



4. ábra

FIGYELEM

A SECUREGARD fecskendők csak egyszer-használatos eszközök. Amennyiben a tűt teljesen visszahúzza, ne tolja vissza a dugattyúszárat hanem törje el. Ha nem működik a biztonsági rendszer haladéktalanul dobja az erre a célra szolgáló veszélyes hulladék tárolóba. Ez az eszköz nem használható vérvételre.

Safegard Medical (Hungary) Kft.
Farkaslyuk, Jószerencsét tér 15.
3608 Hungary
www.safegardmedical.hu