SECUREGARD

Fecskendő rendszer visszahúzható tűvel

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Bontsa ki a csomagolást a nyíllal jelölt résznél. Távolítsa el a tűvédő hüvelyt!

2. Felszívás előtt ügyeljen arra, hogy a dugattyúszárat ne nyomja túl a fecskendő skálabeosztásának első fokán, mert idő előtt aktiválódik a fecskendő biztonsági mechanizmusa és ezáltal használhatatlanná válik.

3. Hagyományos módon szívja fel a gyógyszert.

4. Ha szükséges, juttasson levegőt az ampullába, de ügyeljen arra, hogy a dugattyúszárat ne nyomja túl a fecskendő skálabeosztásának első fokán. (1. ábra)

5. A dugattyúszár teljes benyomásával (kattanásig), fecskendezze be a gyógyszert. (2. ábra)

6. Húzza vissza a dugattyúszárat, hogy a tűt biztonságosan a fecskendőhenger belsejébe juttassa. (3. ábra)

7. Törje le a dugattyúszárat a törési pontnál, helyezze a belsejében lévő tűvel a veszélyeshulladék tárolóba. A tűvédő hüvely, illetve a dugattyúszár letört része újrahasznosítható. (4. ábra)

1. ábra

2. ábra

3. ábra

4. ábra

Safegard Medical (Hungary) Kft.
3608 Farkaslyuk, Jószerencsét tér 15.
Hungary www.safegardmedical.com

CE
1011

A csomagoláson feltüntetett szimbólumok jelentése:

STERILE EO	Etilén-oxiddal sterilizált
	Ne használja, ha a csomagolás sérült
1	Újra használat megelőzése
2	Ne használja újra
2 STERILIZE	Ne sterilizálja újra
REF	Katalógusszám
LOT	Tételkód
	Olvassa el a használati útmutatót
	Figyelmeztetés
	Nem lázkeltő
LATEX	Latex mentes
40 °C 2 °C	Hőmérséklethatár
	Gyártó
	Lejárati dátum
MD	Orvostechnikai eszköz

FIGYELEM

A *SECUREGARD* fecskendő egyszer használatos eszköz. Amennyiben a tűt teljesen visszahúzta, ne tolja vissza a dugattyúszárat, hanem törje el. Ha nem működik a biztonsági rendszer, haladéktalanul dobja az erre a célra szolgáló veszélyes hulladék tárolóba. Ez az eszköz nem használható vérvételre. Ne használja a feltüntetett lejárati időn túl.

A használt eszköz újra sterilizálása és ismételt használata fertőzéshez vezethet.

Dátum: 2022.04.12.
Verzió: Insert 5B HUN.2