

Siringa di sicurezza ad ago retrattile.
Previene punture accidentali,
contaminazione, perdite di liquidi.



Istruzioni e caratteristiche

Precauzioni:

Siringa usabile solo per iniezioni intramuscolari e sottocutanee.

In caso di cambio di ago per ricostituzione della soluzione, prima di iniettare, posizionare l'ago **SECUREGARD®** assicurandosi che sia correttamente attaccato alla siringa.


Non utilizzare la siringa **SECUREGARD®** per prelievi di sangue.

A fine utilizzo, quando l'ago è retratto, non spingere mai lo stantuffo, ma limitarsi a portarlo fino a fine corsa e spezzarlo (vedi descrizioni grafiche).

Istruzioni:

1. Aprire il blister ed estrarre la siringa.
2. Rimuovere la protezione dell'ago assicurandosi che questo sia ben fermo sul luer della siringa.
3. Usare la tecnica standard per aspirare il farmaco, senza spingere lo stantuffo fino a fine corsa.
4. Se necessario espellere l'aria, assicurandosi che lo stantuffo non superi la prima tacca di graduazione.
5. Iniettare il farmaco spingendo lo stantuffo fino a fine corsa.
6. Ritrarre lo stantuffo che porterà con sè l'ago retrattile fin dentro il cilindro della siringa.
7. Quando lo stantuffo sarà completamente retratto, spezzarlo.
8. Gettare le tre parti: cappuccio dell'ago, cilindro della siringa che conterrà l'ago retratto e lo stantuffo, negli appositi contenitori.

Le siringhe **SECUREGARD®** montano, a richiesta, qualunque tipo di ago ipodermico standard, retrattile. Seguire attentamente le immagini sotto riportate:



P/N: Insert 5B ITA.1

Siringa di sicurezza ad ago retrattile.
Previene punture accidentali,
contaminazione, perdite di liquidi.



Istruzioni e caratteristiche

Precauzioni:

Siringa usabile solo per iniezioni intramuscolari e sottocutanee.

In caso di cambio di ago per ricostituzione della soluzione, prima di iniettare, posizionare l'ago **SECUREGARD®** assicurandosi che sia correttamente attaccato alla siringa.


Non utilizzare la siringa **SECUREGARD®** per prelievi di sangue.

A fine utilizzo, quando l'ago è retratto, non spingere mai lo stantuffo, ma limitarsi a portarlo fino a fine corsa e spezzarlo (vedi descrizioni grafiche).

Istruzioni:

1. Aprire il blister ed estrarre la siringa.
2. Rimuovere la protezione dell'ago assicurandosi che questo sia ben fermo sul luer della siringa.
3. Usare la tecnica standard per aspirare il farmaco, senza spingere lo stantuffo fino a fine corsa.
4. Se necessario espellere l'aria, assicurandosi che lo stantuffo non superi la prima tacca di graduazione.
5. Iniettare il farmaco spingendo lo stantuffo fino a fine corsa.
6. Ritrarre lo stantuffo che porterà con sè l'ago retrattile fin dentro il cilindro della siringa.
7. Quando lo stantuffo sarà completamente retratto, spezzarlo.
8. Gettare le tre parti: cappuccio dell'ago, cilindro della siringa che conterrà l'ago retratto e lo stantuffo, negli appositi contenitori.

Le siringhe **SECUREGARD®** montano, a richiesta, qualunque tipo di ago ipodermico standard, retrattile. Seguire attentamente le immagini sotto riportate:



P/N: Insert 5B ITA.1